



ORSZAGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL  
 BUDAPEST XII., NEMETVÖLGYI ÚT 37-39  
 1535 Budapest 114. Pf. 919.  
 Telefon 4585800  
 Telefax 4585927

Ugyiratszám : Th-6349/7/2004  
 Ügyintéző : Krizsán Istvánné  
 Tárgy : Hitelesítési engedély  
 kiterjesztés

**B METERS HUNGARY KFT**  
**2316 Tököl, Fő út 117.**

### H A T Á R O Z A T

Az alábbi mérőeszköz típus

megnevezése: melegvizmérő

kivitele: egysugaras, szárazonfutó melegvizmérő

típuszáma: GSD AC

főbb metrológiai jellemzői:

névleges átmérő (NA)	15	20	mm
legkisebb térfogatáram ( $Q_{\min}$ )	0,03	0,05	$m^3/h$
határ- térfogatáram ( $Q_t$ )	0,12	0,2	$m^3/h$
névleges térfogatáram ( $Q_n$ )	1,5	2,5	$m^3/h$
legnagyobb térfogatáram ( $Q_{\max}$ )	3	5	$m^3/h$
hibahatárok	$Q_{\min} \leq Q < Q_t$ között $\pm 5\%$ , $Q_t \leq Q \leq Q_{\max}$ között $\pm 3\%$ a mért értékre vonatkoztatva.		
beépítési helyzet	vízszintes , függőleges		
besorolási osztály	B	A	
legnagyobb üzemi hőmérséklet	90 °C		
megengedett nyomásvesztés	$Q_{\max}$ -nál 1 bar		
előállítója	B. Meters s. r. l. Bagnaria Arsa, Olaszország		

Th 3649/4/1998 számon kiadott hitelesítési engedélyét 2004. február 01-től az alábbiakban

#### m ó d o s í t o t a .

A mérőeszköz 80 mm beépítési hosszal és IDRO TECH felirattal is hitelesíthető.

E határozatban körülírt mérőeszköz 2014. december 30-ig első hitelesítésre bemutatható és az első hitelesítés elvégezhető. A fenti engedélyezési határidő az első hitelesítéssel rendelkező mérőeszköz további, javítás utáni hitelesítését nem érinti.

A hitelesítés érvényének időtartamát a 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet „Kötelező hitelesítésű mérőeszközök” című melléklete II. sorszámú tétele határozza meg, amely főmérőként 4 év, mellékmérőként 6 év.